



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА

Број: 7-8-6/17
31.03.2017
НИШ

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

Niš, ul. Vojvode Tankosića 15

Predmet: dodatno pojašnjenje za javnu nabavku br. 7-8/17 - Nabavka rezervnih delova za stomatološke aparate

U vezi zahteva za dodatnim pojašnjenjem konkursne dokumentacije JN 7-8/17, u kome postavljate navedena pitanja:

„Uvidom u konkursnu dokumentaciju za nabavku rezervnih delova za stomatoloske aparate za potrebe Doma zdravlja Nis primetili smo sledece :

1. U naslovu stoji „ rezervni delovi...“, a u obrazcu III su kao trazeni artikli navedeni i neki koji NISU rezervni delovi vec medicinska sredstva (led lampa, mesac amalgama, nasadnik, kolenjak mikromotor i sl.) koja po Zakonu o prometu med.sredstava moraju ispunjavati posebne uslove (ALIMS) ?! To se u praksi razdvaja u posebne partije jer nije isto oprema i rezervni delovi?!
2. U opisu tehnickih karakteristika (obrazac III) jasno favorizujete odredjenog proizvođjaca (WH i Sirona) cime sprećavate ucesce ponudjaca koji zastupaju druge brendove? Po Zakonu o JN, u zahtevu se ne- navodi odredjeni proizvođjac kako bi se obezbedila konkurentnost na trzistu!
3. Nema opisa trazениh teh.karakteristika (kod na pr. kompresora) . Neke stavke nisu jasno definisane za koji tip aparata se traze (elektomagnetni ventili fontane, sisaljke,...- za aparat Jugodent ili...?) Molim Vas da ispravkom jasnije definisete trazene artikle.
4. Na strani 8/35 u delu „dodatni uslovi, pod tackom 2) stoji „ ...da ponudjena dobra moraju imati garantni rok minimum 12 meseci...“, a na strani 11/35 u dokazu ispunjenosti dodatnih uslova stoji „...da ponudjena dobra moraju imati garantni rok minimum 24 meseca...“, Pitanje: sta je ustvari trazeni uslov 12 ili 24 meseci?“

Dostavljamo Vam sledeće odgovore:

1. Navedena dobra su namenjena za upotrebu u stomatologiji i shodno Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima (sl.glasnik R.S. br:30/10 i 107/12), moraju ispunjavati posebne uslove, odnosno moraju imati dozvolu izdatu od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, što je naručilac u dodatnim uslovima i tražio. Ponude koje budu bez odgovarajućeg dokaza, neće biti sagledane od strane Komisije za javne nabavke.
2. U opisu tehnickih karakteristika je dat opis u zavisnosti od aparata kojima raspolaže stomatološka služba, što znači, da se ne radi se o favorizovnju ponuđača, već o potrebi ugradnje kvalitetnih delova (originalnih). Dom zdravlja Niš ima prevashodnu obavezu, da brine o zaštiti zdravlja pacijenata i kvalitetno pruženim uslugama.
3. U izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji, biće dat detaljniji opis dobara.
4. Što se tiče Vaše primedbe pod rednim brojem 4., u pitanju je tehnička greška koju ćemo iskorigovati.

Izmenjena konkursna dokumentacija i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, biće objavljeni na portalu UJN i sajtu Doma zdravlja Niš 03.04.2017.godine

S poštovanjem,

U Nišu, 31.03.2017.god.



Telefon (018) 4522-430, 4523-991 Telefaks: (018) 4241-047

Tekući račun - budžetski 840-586661-16

Tekući račun - sopstvena sredstva 840-586667-95

PIB 100334358

Matični broj 7173318

šifra delatnosti 8621

e-mail: info@domzdravljanis.co.rs