

**ДОМ ЗДРАВЉА НИШ****Ниш, ул. Војводе Танкосића 15**

Предмет: Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН бр.1-1-18/20 Набавка опреме за грантове

Поштовани, у вези захтева за додатним појашњењем документације за ЈН бр.1-1-18/20 Набавка опреме за грантове у коме су доле наведена питања :

Poštovani,

molimo Vas da za JN br.1-1-18/20 Nabavka opreme za grantove, date odgovore na sledeća pitanja za stavku TROKANALNI EKG APARAT.

Skrećemo vam pažnju na sledeće stvari:

1. Nazivom zahtevate EKG aparat TROKANALNI, opisom zahtevate ŠESTOKANALNI EKG aparat.
Naime, naveli ste „termički писац snima 3 i 6 (opciono по želji) EKG krivulje, istovremeno на PAPIRU VELIČINE minimum 110mm)“ – skrećemo Vam pažnju да papir од 110mm pripada šestokanalnim ekg aparatima, trokanalni EKG aparati poseduju papir veličine 58/60-80mm. Molimo Vas да измените ову ставку како би добили добро које вам је потребно.
2. Да ли прихватате добро минималне величине екрана од 3.5инча? Наиме за троканални EKG апарат је то оптимална димензија дисплеја. Док је за шестоканални EKG апарат потребна већа.
3. Такође нигде није наведено да ли апарат треба да користи обе врсте термалног папира по желји, и rolled и Z-fold?
4. Molim Vas да прецизирасте која podešavanja осетљивости апарат треба да поседује. Нигде није наведено.
5. Да ли добро треба да поседује AUTO GAIN?
6. Да ли вам је довољно да апарат при раду на батерије има аутономност од само 60минута? Произвођачки minimum апарата новije генерације је 4h. Molim Vas да измените ову ставку како би добро које набављате било прилагођено 2020-тој години.
7. Да ли је потребно да апарат поседује и повезивање пацијената Cabrera путем?

Одговор:

1. У вези са питањима, предлозима и сугестијама које сте дали, везано за карактеристике тражене опреме, Комисија за јавне набавке је исте узела у разматрање. У складу са потребама, а поштујући ЗЈН урадиће неопходне корекције до 09.06.2020. године и објавити на сајту установе и порталу УЈН.

С поштовањем

05.06.2020.год.

РЕПУБЛИКА
ДОМ ЗДРАВЉА
НИШ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Телефон (018) 4522-430, 4523-991 Телефакс: (018) 4241-047

Текући рачун - буџетски 840-586661-16
ПИБ 100334358

Матични број 7173318

Текући рачун - сопствена средства 840-586667-95
шифра делатности 8621

e-mail: info@domzdravljanis.co.rs